



Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick

Rapport d'analyse

Biorefinery Technology Scale up Centre

160 rue Réservoir
Grand-Sault, N.-B.
E3Y 3W3

DATE: 10/6/2015

Client: Normand Caux

Échantillon : 15-09-30

Parameters	Results
Humidité (%)	2.57
Extrait Mouture Fine (%)	82.00
Extrait Mouture Grossière (%)	80.63
Extrait Mouture Fine sèche (%)	83.58
Extrait Mouture Grossière sèche Fine (%)	82.18
Fine-Grossière (%)	1.38
Couleur ASBC (SRM)	3.0
Vitesse de Saccharification Iode 0.01N (Minutes)	5
Vitesse de Saccharification Iode 0.02N (Minutes)	5
pH du Moût	5.876
Beta glucan (mg/L)	177.6
FAN Sèche (mg/100g of malt)	À venir
Protéines totales du malt Sèche (%)	9.24
Protéines solubles du malt Sèche (%)	4.60
S/T	49.8
Odeur	Aromatic
Filtration	1h30
Moût	Clear

*Si vous avez des questions au sujet du rapport d'analyse, SVP contacter
(Mike Doucette, 506-475-4037, mike.doucette@ccnb.ca)*

Merci pour votre confiance !